



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W OPOLU**

ZP-11/2017

Opole 06.11.2017

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

**Dot. postępowania na zadanie pn.:
„Dostawa ambulansu typu A2 dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

W związku z faktem, iż producenci samochodów bazowych oraz zabudowy medycznej nie przewidują przedłużenia okresu gwarancji o czas niesprawności przedmiotu umowy, prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu § 7 ustępu 6: „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy”.

Zgodnie z SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyraża zgodę na skrócenie gwarancji dostawy i dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych po upływie gwarancji oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Zamawiający wyraża zgodę na jak wyżej.

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w §7 ust. 12 czynności będą wykonywane na koszt Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza jak wyżej.

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dodanie w §10 wzoru umowy katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający o następującym brzmieniu: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:

- e. zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- f. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
- g. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- h. zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- i. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- j. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;
- k. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu”.

Paragraf 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści ofert Wykonawcy, na podstawie której dokonano jego wyboru, z zastrzeżeniem



**Szpital
bez bólu**

45-075 Opole, ul. Krakowska 44

tel. 77-401-11-00, fax 77-401-11-21,

Nr rej. KRS 0000039436, NIP: 754-10-91-489, REGON: 531163515

www: [www: www.spzozmswia.opole.pl](http://www.spzozmswia.opole.pl)

e-mail: sekretariat@spzozmswia.opole.pl

przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 Prawa zamówień publicznych”.

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Zgodnie z SIWZ.

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §8 ust. 4 wzoru umowy na następujący zapis: „Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o zmianę kary umownej zawartej w §9 ust. 1 i 2 i naliczanie jej za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”.

Zamawiający dokona zmiany jak wyżej.

Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §9 ust. 3 wzoru umowy i nadanie im brzmienia: „Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych”.

Zamawiający dokona zmiany jak wyżej.

Zgodnie z zasadą równości stron umowy Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej jak w §9 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy.

Zgodnie z SIWZ.

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

- „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej do której należy (Kodeks), w skład której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*.
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Zgodnie z SIWZ.

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

“Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Zgodnie z SIWZ.

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

9

- 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
- 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
- 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pośłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
 - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
 - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
 - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.”

Zgodnie z SIWZ.

1. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z siedzibą wprzy al., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla pod nr KRS:, NIP:, REGON:, o kapitale zakładowym w wysokości zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.”

Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności ambulans transportowy A2 z 2017 r. spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789, którego przedział medyczny ma długość 2250mm ?

Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik pojemności skokowej 1598cm³ zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 88 kW (120 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 300 Nm ?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełna regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o podanie, czy nosze winny posiadać dodatkowe pasy do przewozu dzieci i czy trzeba załączyć do oferty ich folder oraz deklarację zgodności na potwierdzenie spełnienia wymogów zamawiającego ?

Nie.

Czy regulacja nachylenia oparcia pod plecami noszy głównych powinna obejmować zakres kątów powyżej 85°, co pozwala na skuteczniejszą pomoc dla pacjenta i znakomicie zwiększa funkcjonalność noszy?

Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje noszy zapewniających prowadzenie ich na wprost i boki do kierunku jazdy zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach, co zapewnia transporter posiadający wszystkie koła jezdne obrotowe o 360 stopni i o średnicy kółek min. 20 cm, co ułatwia łatwe prowadzenie i obsługę przez zespół ambulansu ?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Bardzo często podczas transportu pacjenta zachodzi konieczność wniesienia noszy klatką schodową na piętro. W takim przypadku niezbędna jest blokada podwozia pozwalająca na przenoszenie transportera ze złożonym podwoziem.

Czy Zamawiający oczekuje takiej funkcjonalności noszy?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans wyposażony w tylne drzwi z oknem otwierane na boki o kąt 180 stopni zamiast klapy z oknem ?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności ambulans transportowy A2 z 2017 r. spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789, którego przedział medyczny ma długość 2650mm ?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Norma PN EN 1865 wymaga, aby ciężar noszy monoblokowych nie był większy niż 45 kg.

Czy zamawiający dopuszcza nosze o wadze maksimum 45 kg ?

Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krzeselka transportowego o wadze zgodnej z wymogami normy PN EN 1865 i NFZ ?

Czy wymaga się aby krzeselko kardiologiczne posiadało 4 koła jezdne oraz ręczki przednie które są teleskopowo wydłużane z regulacją wysokości na dwóch poziomach oraz dodatkowe dwie pary rączek tylnych ?

Uzasadnienie: taka konstrukcja krzeselka jest zdecydowanie bardziej ergonomiczna, co zapobiega urazom kręgosłupa ratowników.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zadania ujętego w projekcie umowy

1

w przypadku wystąpienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a także gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego ?

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy umowy paragraf 7 pkt. 4 – prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy bezpłatne przeglądy mają dotyczyć samochodu bazowego, zabudowy medycznej czy sprzętu medycznego?

Bezpłatne przeglądy mają dotyczyć samochodu bazowego, zabudowy medycznej i sprzętu medycznego.

Dotyczy umowy paragraf 7 pkt. 4 – czy Zamawiający zrezygnuje z bezpłatnych przeglądów?

Czy z uwagi na koniec roku, a co z tym wiąże coraz mniejsza dostępność samochodów bazowych oraz ogromnym zapotrzebowaniem na rynku ambulansów, Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 28.02.2018r. przy czym dostawę samochodu bazowego wraz z dokumentami w wymaganym pierwotnym terminie?

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy 1.2. – czy Zamawiający dopuści kabinę kierowcy dwumiejscową?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Dotyczy 1.3. Czy Zamawiający dopuści drzwi tylne zamiast klapy?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Dotyczy 1.13 – Czy Zamawiający dopuści długość przedziału 2800mm?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Dotyczy 12.3. – Czy Zamawiający dopuści fotel bez funkcji przesuwu – z uwagi na brak miejsca jest to parametr niemożliwy do spełnienia?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Dotyczy 12.3 – Czy Zamawiający dopuści fotel gdzie siedzisko nie jest umieszczone 40-50cm nad podłogą?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Dotyczy 12.4 – Czy Zamawiający dopuści fotel na ścianie działowej bez przesuwu?

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLU
Jacek Bąk

